



МОЗ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОВРУЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ»
ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
11104, Житомирська область, м. Овруч, вул. Т. Шевченко, 106.
тел./факс (04148) 4--23-40, ovrmlsl@g mail.com код 42435766

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

найменування: КНП «Овруцька міська лікарня» Овруцької міської ради Житомирської області.

місцезнаходження: 11104, Житомирська область, м. Овруч, вул. Т. Шевченка, 106.

ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 42435766

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

ДК 021:2015 код 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (НК 024:2019 код 36908 – Отоакустичний інструмент емісії), Номенклатурна позиція ДК 021:2015 код 33121400-8 Аудіометри.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість: 282000,00 грн. з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено результатом моніторингу цін та запитом комерційних пропозицій серед фірм чи підприємств які займаються реалізацією медичної техніки.

Розмір бюджетного призначення: 282000,00 грн. з ПДВ, згідно кошторисних призначень.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Якісні та технічні характеристики визначені з урахуванням потреб реальних замовника. Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі:

1. ДК 021:2015 код 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (НК 024:2019 код 36908 – Отоакустичний інструмент емісії), Номенклатурна позиція ДК 021:2015 код 33121400-8 Аудиометри.

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

3. 1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.
4. Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською, або російською мовами) в якому міститься ця інформація, з наданням сканкопій з оригіналів документів або завірених учасником копій та фото запропонованого товару.
5. 2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.
6. На підтвердження Учасник повинен надати завірнену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.
7. 3. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.
8. На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. Гарантійний

термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

9. 4. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

10. На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, перелік товару, а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

11.

12.

13. Технічні вимоги до товару

14. Аудиометр для немовлят

| № п/п | Опис вимог | Наявність функції або величина параметра за технічним завданням |
|----------------------------|--|--|
| 1. Загальні вимоги | | |
| 1.1 | Сертифікат відповідності | Надати копію |
| 1.2 | Декларація про відповідність | Надати копію |
| 1.3 | Гарантійний термін експлуатації обладнання з моменту введення в експлуатацію | 12 місяців |
| 1.4 | Гарантійний лист від виробника або офіційного представника в Україні про можливість постачання продукції | надати оригінал відповідного документу |
| 1.5 | Паспорт або інструкція користувача | Надати копію |
| 2. Технічні характеристики | | |
| 2.1 | Тип приладу | Портативний прилад з живленням від акумуляторів або батарей |
| 2.2 | Загальні функції | Метод обстеження слуху: викликана отоакустична емісія продуктів спотворень (DPOAE) Характеристики приладу для отоакустичної емісії продуктів спотворень (DPOAE): рівень стимулюючих сигналів - 55 дБ |

| | | |
|-----|--------------|---|
| | | <p>та 65 дБ рівня звукового тиску;</p> <p>діапазон частот стимулюючих сигналів, не менше - від 2,0 кГц до 5,0 кГц</p> <p>Рівень шумів мікрофону акустичного зонду: не більше мінус 20 дБ рівня звукового тиску на частоті 2 кГц (ширина смуги 1 Гц) не більше мінус 13 дБ рівня звукового тиску на частоті 1 кГц (ширина смуги 1 Гц)</p> <p>Кількість тестів, які можуть бути виконані на одній зарядці вбудованого акумулятора приладу - не менше 1000</p> <p>Кількість годин роботи приладу на одній зарядці акумулятора - не менше 15 годин</p> <p>Наявність зовнішнього бездротового принтера з живленням від акумуляторів або батарей для прямого друку результатів вимірювань</p> |
| 2.3 | Маса приладу | Маса приладу разом із зондом - не більше 210 г |

Можливе зменшення закупівлі залежно від реального фінансування видатків замовника.

Голова тендерного комітету



(Handwritten signature)

Мирошніченко М А