



МОЗ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЖИТОМИРСЬКОЇ
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОВРУЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ»
ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
11104, Житомирська область, м. Овруч, вул. Т. Шевченко, 106. тел./факс (04148)4-42-68,
тел. 4-23-40, ovrmlsl@g mail.com Ідентифікаційний код 42435766

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

найменування: КНП «Овруцька міська лікарня» Овруцької міської ради Житомирської області.

місцезнаходження: 11104, Житомирська область, м. Овруч, вул. Т. Шевченка, 106.

ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 42435766

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків (операційна лампа),

НК 024:2019: 12282 Операційний світильник, номенклатурна позиція ДК 021:2015 код 33167000-8 Хірургічні світильники.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги, UA-2021-08-17-001807-с

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість: 402000,00 грн. з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено результатом моніторингу цін та запитом комерційних пропозицій серед фірм чи підприємств які займаються реалізацією медичної техніки.

Розмір бюджетного призначення: 402000,00 грн. з ПДВ, згідно кошторисних призначень.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Якісні та технічні характеристики визначені з урахуванням потреб реальних замовника. Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі:

**ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків
(операційна лампа),**

**НК 024:2019: 12282 Операційний світильник,
номенклатурна позиція ДК 021:2015 код 33167000-8 Хірургічні світильники.**

№	Медико-технічні характеристики	Параметри	
1	Клас безпеки виробу, не гірше	Клас I	
2	Живлення виробу		
2.1	Напруга живлення виробу	АС 220V	
2.2	Частота живлення виробу	50Hz	
2.3	Споживана потужність одного освітлювального блоку, не більше	210 VA	
3	Технічні характеристики виробу		
3.1	Кількість освітлювальних блоків	2	
3.2	Режим роботи виробу	Безперервний	
3.3	Тип ламп освітлювальних блоків блоку	Світлодіоди	
3.4	Розмір кожного освітлювального блоку, не більше	500 мм	
3.5	Вага кожного освітлювального блоку, не більше	12 кг	
3.6	Кількість діодів кожного освітлювального блоку, не менше	54 штуки	
3.7	Номинальне освітлення лампи, не гірше	120,000 lx	
3.8	Діапазон регулювання освітлення, не гірше	30 – 100 %	
3.9	Рівні освітлення, не менше	6	
3.10	Колірна температура, не гірше	4300K	
3.11	Індекс передачі кольору, не менше	95	
3.12	Енергія випромінювання, не гірше	3.51 mW/m ² *lx (міліват на метр квадратний на люкс)	
3.13	Енергія освітлення, не гірше	419 W/m ² (Ват на метр квадратний)	
3.14	Рекомендована відстань від освітлювальних елементів до операційного поля, не менше	1 м	
3.15	Діапазон регулювання діаметру світлового поля (світлової плями), не гірше	20~30 см	
3.16	Глибина освітленості, не менше	125 см	
3.17	Ресурс роботи, не менше	50 000 годин	
3.18	Можливість від'єднання головної рукоятки від освітлювального блоку для	Наявність	

№	Медико-технічні характеристики	Параметри
	стерилізації	
3.19	Встановлення відео камери в головну рукоятку	Можливість
3.20	Спільне кріплення для обох освітлювальних блоків на стелю	Наявність
3.21	Спеціальний режим в якому світло фокусується в конкретній точці з освітленням, не гірше	6,000 lx
4	Панель керування	
4.1	Сенсорна панель для кожного освітлювального блоку для контролю та налаштування	Наявність
4.2	Кнопка Викл/Вкл на сенсорних панелях	Наявність
4.3	Індикатори на сенсорних панелях, які показують поточний рівень освітлення (яскравість) та діаметру світлового поля	Наявність
4.4	Настінний блок контролю для обох освітлювальних блоків	Можливість
4.5	Кнопки зменшення та збільшення діаметру світлового поля розміщені біля головної рукоятки	Наявність

Можливе зменшення закупівлі залежно від реального фінансування видатків замовника.

Голова тендерного комітету



(Handwritten signature)

Мирошніченко М А