



МОЗ УКРАЇНИ  
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ  
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ОВРУЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ»  
ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
11104, Україна, Житомирська область, м. Овруч, вул. Тараса Шевченка, 106,  
тел./факс (04148) 4-23-40, ovrmlsl@gmail.com код 42435766

---

### ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

*(оприлюднюється на виконання постанови*

*КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів»  
(зі змінами)*

1. Найменування: **КНП «Овруцька міська лікарня» Овруцької міської ради Житомирської області.**
2. Місцезнаходження: **11104, Житомирська область, м. Овруч, вул. Т. Шевченка, 106.**
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: **42435766.**
4. Категорія замовника: **Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.**
5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  
**ДК 021:2015 код 33190000-8 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні»  
(Автоматична мийка-дезінфектор для ендоскопів),  
Номенклатурна позиція ДК 021:2015 код 33191000-5 — Обладнання стерилізаційне, дезінфекційне та санітарно-гігієнічне,  
НК 024:2019 код 35012 — Дезінфікатор ендоскопа.**

**Вид: відкриті торги з особливостями.**

**ідентифікатор закупівлі: UA-2023-03-31-002653-a**

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  
570 000.00 грн. з ПДВ.**

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

При визначенні очікуваної вартості закупівлі здійснено аналіз ринку, розглянуто загальнодоступну інформацію, яка міститься у відкритих джерелах (на сайтах постачальників, дані в електронній системі закупівель prozorro.), а також

використано інформацію отриману шляхом проведення усних ринкових консультацій та запитом письмових комерційних пропозицій.

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Технічна специфікація  
(медико-технічні вимоги)

### Загальні вимоги до предмету закупівлі:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати **копію декларації відповідності та сертифікату відповідності або копію/ї документу/ів, що підтверджує/ють можливість введення в обіг або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимогами технічного регламенту.**

2. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження офіційно підтверджені та поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі, у зазначеній кількості та зазначені терміни постачання.

3. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше **12 місяців** з моменту підписання акту введення в експлуатацію.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи та гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару **становить не менше 12 місяців з моменту підписання акту введення в експлуатацію.**

4. Гарантійне та післягарантійне сервісне обслуговування Товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися сертифікованим/и інженером/ами.

**На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист.**

5. Учасник повинен надати підтвердження відповідності обладнання, яке ним пропонується, медико-технічним вимогам встановленим Замовником, у вигляді таблиці з обов'язковим посиланням на відповідну сторінку або розділ технічного документа виробника (інструкція користувача, експлуатаційно-технічна документація, каталог- українською мовою, тощо). Копія відповідного технічного документа виробника надається в складі тендерної пропозиції.

**Кількісні:**

№ п/п	Найменування	Од.вим.	Кількість
1	ДК 021:2015 код 33190000-8 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (Автоматична мийка-дезінфектор для ендоскопів), Номенклатурна позиція ДК 021:2015 код 33191000-5 — Обладнання стерилізаційне, дезінфекційне та санітарно-гігієнічне, НК 024:2019 код 35012 — Дезінфікатор ендоскопа.	Штука	1

Медико-технічні вимоги:

Медико – технічні вимоги	Наявність функції або величина параметру	Відповідність (так /ні) з посиланням на відповідний(і) розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника
<b>1. Призначення:</b>		
Призначена для миття та дезінфекції гнучких ендоскопів та приладдя до нього	Відповідність	
<b>2. Характеристики автоматичної мийки-дезінфектору ендоскопів:</b>		
Одночасна обробка 2-х гнучких ендоскопів	Наявність	
Спосіб обробки ендоскопів	Автоматичний	
Ємність камери для миття ендоскопів, не більше	16 л	
Ємність для м'яючого засобу, не більше	1 л	
Ємність для спирту, не більше	1 л	
Сумісність з детергентами і дезінфікуючими розчинами різних виробників	Відповідність	
Перевірка герметичності ендоскопу	Наявність	
Перевірка рівня рідини в камері, щоб запобігати переливанню через край	Наявність	
Автоматична сушка каналів повітрям	Наявність	
Сушка каналів ендоскопу за допомогою спирту	Наявність	
Програмування часу циклів	Наявність	
Індикаторна панель	Наявність	
Індикатор ходу виконання процесів	Наявність	
Електроживлення обладнання від електромережі змінного струму	220В, 60Гц	
Автоматичний вимикач у разі короткого замикання	Наявність	
Споживана потужність, не більше	1500Вт	
Вимога щодо подачі води, не менше	30 л/хв	
Швидкість зливання води або дезінфікуючого засобу, не менше	27 л/хв	
Швидкість подачі дезінфікуючого засобу, не менше	24 л/хв	
Швидкість подачі мийного засобу, не менше	9 мл/с	

Швидкість подачі спирту, не менше	9 мл/с	
Тиск для перевірки на герметичність, не менше	100 мм рт.ст.	
Розміри (ШхДхВ)	696 x 656 x 1045 мм	
Вага, не більше	81 кг	
<b>3. Комплектація:</b>		
Кабель живлення, 1,2 м	Наявність	
Зливний шланг, 1,5 м	Наявність	
Шланг підведення води, 1,5 м	Наявність	
Кошик для приладдя	Наявність	

**Примітка.** У випадку якщо технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

**Обґрунтування:** у разі наявності посилань, вони є необхідними, оскільки за основними характеристиками оптимально відповідають потребам замовника за своїми технічними та якісними характеристиками, наявними процесами та функціями.

Уповноважена особа



*M. O. Kobernik*

Коберник М.О.