



**МОЗ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОВРУЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ»
ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ**
11101, Україна, Житомирська область, м. Овруч, вул. Шевченка Тараса, 106
телефон 0637121410, ovrmisl@gmail.com, код 42435766

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови

*КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів»
(зі змінами)*

1. Найменування: **Комунальне некомерційне підприємство «Овруцька міська лікарня» Овруцької міської ради Житомирської області.**
2. Місцезнаходження: **11101, Житомирська область, Коростенський район, м. Овруч, вул. Шевченка Тараса, 106.**
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: **42435766.**
4. Категорія замовника: **Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.**
5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):
ДК 021:2015-38430000-8: ДЕТЕКТОРИ ТА АНАЛІЗАТОРИ (Аналізатор осаду сечі – Код НК 024:2023: 35918 - Аналізатор сечі IVD (діагностика in vitro) лабораторний автоматизований, Код НК 031:2024 – W020101020103 Автоматичні аналізатори сечі; Аналізатор сечі на тест-смужках – Код НК 024:2023: 57860 - Аналізатор сечі лабораторний IVD (діагностика in vitro) напівавтоматичний, Код НК 031:2024: W020101020102 рідери смужок для аналізу сечі напівавтоматичні аналізатори сечі, номенклатурна позиція ДК 021:2015 код 38432000-2 – Аналізатори).

Вид: відкриті торги з особливостями.

ідентифікатор закупівлі: UA-2025-11-13-014083-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
698 000.00 грн. з ПДВ.**

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

При визначенні очікуваної вартості закупівлі здійснено аналіз ринку, розглянуто загальнодоступну інформацію, яка міститься у відкритих джерелах (на сайтах постачальників, дані в електронній системі закупівель prozorro.), а також

використано інформацію отриману шляхом проведення усних ринкових консультацій та запитом письмових комерційних пропозицій.

Інформація про необхідні технічні, якісні та інші характеристики предмету закупівлі

ДК 021:2015-38430000-8: ДЕТЕКТОРИ ТА АНАЛІЗАТОРИ (Аналізатор осаду сечі – Код НК 024:2023: 35918 - Аналізатор сечі IVD (діагностика in vitro) лабораторний автоматизований, Код НК 031:2024 – W020101020103 Автоматичні аналізатори сечі; Аналізатор сечі на тест-смужках – Код НК 024:2023: 57860 - Аналізатор сечі лабораторний IVD (діагностика in vitro) напівавтоматичний, Код НК 031:2024: W020101020102 рідери смужок для аналізу сечі напівавтоматичні аналізатори сечі, номенклатурна позиція ДК 021:2015 код 38432000-2 – Аналізатори).

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. Товар повинен бути зареєстрований в Україні та/або дозволений для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Надати документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованих товарів вимогам технічного регламенту затвердженого Постановами КМУ №753, №754, №755 від 02.10.2013 (копія сертифікату або свідоцтва або декларації відповідності) на товар, що закуповується.

Надати копію відповідного документу.

2. Гарантійний термін обслуговування повинен становити не менше 12 місяців з дати інсталяції приладів в лабораторії Замовника.

Надати гарантійний лист у довільній формі.

3. З метою запобігання поставки замовнику фальсифікованого товару Учасник надає оригінал листа виробника (представництва, філії – якщо повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, в якому зазначено, що виробник підтверджує можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів (вказати номер оголошення про проведення процедури закупівлі), у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією учасника.

4. Учасник повинен провести кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

Надати гарантійний лист у довільній формі.

5. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

Надати гарантійний лист у довільній формі.

Всі посилання на конкретну торгівельну марку чи назву читати з доповненням «або еквівалент».

Запропонований предмет закупівлі повинен бути не гіршим ніж у наведених нижче вимогах (надати заповнену таблицю відповідності медико-технічним вимогам):

№ п/п	Найменування вимоги	Параметри
1.	Аналізатор осаду сечі - 1шт.	
1.1	Визначення параметрів	- еритроцити - лейкоцити - геалінові циліндри - клітини не плоского епітелію - клітини плоского епітелію - лейкоцитарні циліндри - гранулярні циліндри

		- кристали оксалату кальцію - дріжжі - бактерії - слиз - сперма
1.2	Пропускна здатність – не менше	30 зразків на годину
1.3	Мінімальний обсяг проби не більше	2 мл
1.4	Одночасне завантаження не менше	10 зразків
1.5	Точність не менше	93%
1.6	Повторюваність не більше	10%
1.7	Технологія вимірювання - автоматична ідентифікація компонентів сечі морфологічним методом	Наявність
1.8	Автоматичне розпізнавання, підрахунок та скринінг	Наявність
1.9	Автофокусування мікроскопу	Наявність
1.10	Функція самонавчання	Наявність
1.11	Автоматичне дозування зразку	Наявність
1.12	Зразок не потребує центрифугування	Наявність
1.13	Функція автоматичного очищення голки	Наявність
1.14	Підключення до лікарняної інформаційної системи (HIS) або лабораторної (LIS)	Наявність
1.15	Підключення аналізатору сечі на тест-смужках	Наявність
2.	Аналізатор сечі на тест-смужках - 1 шт.	
2.1	Кількість вимірювальних параметрів	Не менше 12
2.2	Реагенти для дослідження	Тест-смужка
2.3	Швидкість вимірювання	Не менше 450 шт./годину
2.4	Принцип отримання аналізу	За допомогою програми розпізнавання зображень
2.5	Пам'ять	Не менше 10 000 результатів
2.6	Самодіагностика приладу	Наявність
2.7	Термопринтер вбудований	Наявність
2.8	Під'єднання сканеру штрих-коду	Наявність
2.9	Дисплей	Сенсорний, не менше 6 дюймів
2.10	Інтерфейси	Мережевий порт, USB, RS-232
2.11	Відтворюваність (CV)	Не більше 1,5%
2.12	Вбудована операційна система LINUX	Наявність
2.13	Система контролю температури навколишнього середовища	Наявність
2.14	Вага	Не більше 5 кг.

Уповноважена особа



Коберник М.О.