



МОЗ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОВРУЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ»
ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
11104, Житомирська область, м. Овруч, вул. Т. Шевченка, 106.
тел./факс (04148) 4--23-40, ovrmlsl@g mail.com код 42435766

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

найменування: КНП «Овруцька міська лікарня» Овруцької міської ради Житомирської області.

місцезнаходження: 11104, Житомирська область, м. Овруч, вул. Т. Шевченка, 106.

ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 42435766

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

ДК 021:2015 код 33160000-9 Устаткування для операційних блоків (високочастотний електрокоагулятор — зварювальний апарат для зварювання біологічних тканин в операційному блоці хірургічного відділення), НК 024:2019 код 44776 – електрохірургічна система, Номенклатурна позиція ДК 021:2015 код 33162100-4 - Апаратура для операційних блоків.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги, UA-2021-09-20-001351-а
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість: 434340,00 грн. з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено результатом моніторингу цін та запитом комерційних пропозицій серед фірм чи підприємств які займаються реалізацією медичної техніки.

Розмір бюджетного призначення: 434340,00 грн. з ПДВ, згідно кошторисних призначень.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Якісні та технічні характеристики визначені з урахуванням потреб реальних замовника. Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі:

ДК 021:2015 код 33160000-9 Устаткування для операційних блоків (високочастотний електрокоагулятор — зварювальний апарат для зварювання біологічних тканин в операційному блоці хірургічного відділення), НК 024:2019 код 44776 – електрохірургічна система, Номенклатурна позиція ДК 021:2015 код 33162100-4 - Апаратура для операційних блоків.

1. Технічні вимоги

- 1.1. Використання методики ВЧ - електрозварювання біологічних тканин людей та тварин з мінімальним термічним пошкодженням.
- 1.2. Наявність не менше одного автоматичного режиму «Зварювання авт.» для з'єднання живих тканин зі збереженням їх фізіологічних функцій.
- 1.3. Наявність не менше трьох ручних режимів «зварювання руч.», «різання» і «коагуляція» для виконання необхідних хірургічних маніпуляцій по виконанню доступу, розсічення й резекції паренхіматозних органів, а також значних масивів тканин (товщиною більше 5мм).
- 1.4. Несуча частота імпульсу енергетичного впливу, не менше – 440 кГц.
 - 1.4.1. Частота модуляції імпульсами енергетичного впливу – 4,5 кГц.
- 1.5. Вихідна потужність впливу - не більше 350 Вт.
- 1.6. Припустимий діапазон навантажень від 10 до 1000 Ом.
- 1.7. Захист від короткого замикання електродів інструмента.
- 1.8. Діапазон регулювання тривалості впливу на тканину в автоматичному режимі «зварювання авт.» – від 1 до 20 с.
- 1.9. Супровід процесу енергетичного впливу звуковою сигналізацією.
- 1.10. Забезпечувати роботу з максимальною вихідною потужністю на оптимальне навантаження в повторно-короткочасному режимі: час включення ВЧ-струму – 10 с, час паузи – 30 с.
- 1.11. Маса, не більше: електронного блоку – 5,0 кг.
- 1.12. Живлення від електромережі: 220 В +/- 10%.

2. Комплектація за переліком невід'ємної частини

Найменування	Кіл-ть
1. Електронний блок	1
2. Ножна педаль	1
3. Керівництво з експлуатації	1
4. Упакування для апарата	1
5. Затискач-ножиці 220 мм	1
6. Затискач 180 мм	1
7. Кабель для затискачів	1
8. Стійка хірургічна мала	1

Можливе зменшення закупівлі залежно від реального фінансування видатків замовника.

Голова тендерного комітету



М.А. Мирощиченко
Мирошніченко М А