



МОЗ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОВРУЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ»
ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
11104, Україна, Житомирська область, м. Овруч, вул. Тараса Шевченка, 106,
тел./факс (04148) 4-23-40, ovrmisl@gmail.com код 42435766

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови

*КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів»
(зі змінами)*

1. Найменування: **КНП «Овруцька міська лікарня» Овруцької міської ради Житомирської області.**
2. Місцезнаходження: **11101, Житомирська область, м. Овруч, вул. Шевченка Тараса, 106.**
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: **42435766.**
4. Категорія замовника: **Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.**
5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):
ДК 021:2015 код 33140000-3 Медичні матеріали
-ELS шприц колба МУ, НК 024:2023 код 47259 Шприц для системи ін'єкції контрастної речовини;
- Лінія пацієнта з клапаном, НК 024:2023 код 44685 З'єднвальна трубка для Введення рентген контрастної речовини;
- Міні-спайк зелений МУ, НК 024:2023 код 43324 Система для переливання рідин загального призначення,
номенклатурна позиція ДК 021:2015 код 33141000-0 - Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування.

Вид: відкриті торги з особливостями.

ідентифікатор закупівлі: UA-2023-09-14-006952-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
418 000.00 грн. з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

При визначенні очікуваної вартості закупівлі здійснено аналіз ринку, розглянуто загальнодоступну інформацію, яка міститься у відкритих джерелах (на сайтах постачальників, дані в електронній системі закупівель prozorro), а також використано інформацію отриману шляхом проведення усних ринкових консультацій та запитом письмових комерційних пропозицій.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Технічна специфікація (медико-технічні вимоги)

- ELS шприц колба MU, НК 024:2023 код 47259 Шприц для системи ін'єкції контрастної речовини – 300 шт.;

- Лінія пацієнта з клапаном, НК 024:2023 код 44685 З'єднавальна трубка для Введення рентгенконтрастної речовини – 600 шт.;

- Міні-спайк зелений MU, НК 024:2023 код 43324 Система для переливання рідин загального призначення – 300 шт.

Або еквівалент до кожного найменування

| Найменування згідно реєстраційного документа (декларация про відповідність, тощо) | Найменування згідно митної декларації | Вимоги | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку документації (вказати назву документа) |
|---|---------------------------------------|---|--|
| ELS 200мл шприц колба MU | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Виріб повинен бути призначений для ін'єкторів Accutron 2. Повинен витримувати тиск не менше 21 бар/ 305 psi 3. Використання- протягом 8 годин 4. Залишковий об'єм шприца не більше 1.5 мл 5. Виріб повинен бути упакований виробником в одну стерильну упаковку 6. Країна виробництва – країни ЄС | |
| Лінія пацієнта 250 см з клапаном | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Виріб повинен бути призначений для ін'єкторів Accutron 2. Лінія повинна витримувати тиск не менше 21 бар/ 305 psi 3. Використання – одноразове 4. Об'єм заповнення не більше 4.4 мл 5. Довжина лінії не менше 250 см 6. Внутрішній діаметр лінії не більше 1.5 мм 7. Виріб повинен бути упакований виробником в одну стерильну упаковку 8. Країна виробництва – країни ЄС | |
| Міні-спайк зелений MU | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Виріб повинен бути призначений для ін'єкторів Accutron 2. Використання – до 8 годин 3. Об'єм заповнення не більше 0.2 мл 4. Виріб повинен бути упакований виробником в одну стерильну упаковку 5. Країна виробництва – країни ЄС | |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Вказані документи (копії документів), які зазначено в даному додатку Учасник повинен надати в електронному вигляді (сканованому) в складі своєї тендерної пропозиції:

1. Гарантійний лист, яким учасник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих торгів у кількості, якості та в терміни, визначені замовниками торгів;
2. З метою закупівлі оригінальних витратних матеріалів, учасник надає лист від виробника ін'єкторів контрастних речовин MEDTRON AG про те, що запропоновані вироби медичного призначення відповідають технологічним стандартам та вимогам MEDTRON AG до витратних матеріалів призначених для ін'єкторів контрастних речовин ACCUTRON або є такими, що сертифіковані MEDTRON AG;
3. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає гарантійний лист від виробника, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією учасника торгів на дану процедуру закупівлі. Гарантійний лист повинен включати номер оголошення про проведення закупівлі, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, назву та кількість предмету закупівлі згідно оголошення, назву Замовника, інформацію щодо строків здійснення поставок;
4. Копію сертифіката оцінювання відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів затвердженою постановою КМУ від 02.10.2013р. №753.
5. Копію декларації про відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів затвердженою постановою КМУ від 02.10.2013р. №753.
6. Копію дійсного, на момент проведення закупівлі, сертифіката особи, що пройшла відповідне навчання на виробництві MEDTRON AG, для проведення інструктажу з правильного використання пропонованої продукції.
7. Учасник надає копію наказу про прийняття на роботу особи, що пройшла відповідне навчання на виробництві MEDTRON AG.
8. Гарантійний лист, яким учасник підтверджує спроможність відвантажити запропонований товар у повному обсязі протягом 5 календарних днів з моменту отримання заявки від Замовника у зв'язку з тим, що Замовник виконує ургентні дослідження пацієнтів і має нагальну потребу у пропонованому товарі.

Примітка. У випадку якщо технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

Обґрунтування: наявність посилань є необхідними, оскільки за основними характеристиками оптимально відповідають потребам замовника за своїми технічними та якісними характеристиками, наявними процесами та функціями.

Уповноважена особа



Коберник М.О.