



МОЗ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОВРУЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ»
ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

11101, Україна, Житомирська область, м.Овруч, вул. Шевченка Тараса, 106
телефон 0637121410, ovrmisl@gmail.com, код 42435766

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови

*КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів»
(зі змінами)*

1. Найменування: **Комунальне некомерційне підприємство «Овруцька міська лікарня» Овруцької міської ради.**
2. Місцезнаходження: **11101, Житомирська область, Коростинський район, м. Овруч, вул. Шевченка Тараса, 106.**
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: **42435766.**
4. Категорія замовника: **Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.**
5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):
ДК 021:2015: 38510000-3 Мікроскопи (Мікроскоп лабораторний тринокулярний, код НК 024:2023: 35484 Мікроскоп світловий стандартний, код НК 031:2024: W0202050303 ОПТИЧНІ ЛАБОРАТОРНІ МІКРОСКОПИ).

Вид: відкриті торги з особливостями.

ідентифікатор закупівлі: UA-2026-04-17-003592-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
153 000,00 грн. з ПДВ.**

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

При визначенні очікуваної вартості закупівлі здійснено аналіз ринку, розглянуто загальнодоступну інформацію, яка міститься у відкритих джерелах (на сайтах постачальників, дані в електронній системі закупівель prozorro.gov.ua), а також використано інформацію отриману шляхом проведення усних ринкових консультацій та запитом письмових комерційних пропозицій.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: код ДК 021:2015: 38510000-3 Мікроскопи (Мікроскоп лабораторний тринокулярний, код НК 024:2023: 35484 Мікроскоп світловий стандартний, код НК 031:2024: W0202050303 ОПТИЧНІ ЛАБОРАТОРНІ МІКРОСКОПИ)

Специфікація

№ з/п	Найменування товару	Одиниці виміру	Кількість
1	Мікроскоп лабораторний тринокулярний	комплект	1

Загальні положення

1. Доставка Товару до місця використання, монтаж та введення Товару у експлуатацію має здійснюватися за рахунок Учасника.

2. Спроможність Учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їхні відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, що підтверджує можливість постачання Учасником запропонованого Товару в необхідній кількості, необхідної якості та в потрібні терміни, які визначені цією тендерною документацією та тендерною пропозицією Учасника. Учасник повинен надати (завантажити у сканованому вигляді) оригінал такого гарантійного листа та копію документу, що підтверджує офіційні повноваження представника виробника (якщо гарантійного листа надано не виробником). Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі.

3. Відповідність технічних характеристик запропонованого товару наведеним нижче медико-технічним вимогам повинна підтверджуватись інструкцією користувача та/або іншими технічними документами виробника на запропонований товар. Учасник повинен надати копію інструкції користувача та/або інших технічних документів та заповнену таблицю відповідності медико-технічним вимогам з посиланнями на сторінки наданої інструкції користувача та/або технічних документів, на яких міститься відповідна підтверджуюча інформація.

4. Учасник повинен надати на запропонований товар копію декларації чи сертифікату відповідності або інших документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

5. Запропонований товар повинний бути виготовленим у Європі або Північній Америці. При цьому під країною виробництва розуміється країна фактичного виготовлення запропонованого товару, тобто товар, що виготовлений за програмами OEM/ODM, в країні, яка не належить до країн Європи або Північної Америки вважатиметься таким, що не відповідає вимогам до предмету закупівлі.

6. Запропонований товар повинний бути новим, виготовленим не раніше 2025 року та таким, що не був у використанні й не застосовувався при проведенні демонстраційних заходів. Учасник повинен надати довідку довільної форми.

7. Гарантійний термін експлуатації запропонованого товару (окрім витратних матеріалів) повинен становити не менше 12 місяців. Учасник повинен надати довідку довільної форми.

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

№	Найменування характеристик та параметрів	Вимоги	Відповідність (так/ні)
1	Діапазон збільшення	Не гірше 40x – 1000x; можливість розширення до	

		2000x	
2	Окуляри стандарту EWF	Наявність	
3	Окулярне збільшення	10x	
4	Лінійне поле зору	Не менше 22 мм	
5	IOS plan PLi об'єktiv-планахромат зі збільшенням 4x та числовою апертурою 0,1	Наявність	
6	IOS plan PLi об'єktiv-планахромат зі збільшенням 10x та числовою апертурою 0,25	Наявність	
7	IOS plan PLi об'єktiv-планахромат зі збільшенням S40x та числовою апертурою 0,65	Наявність	
8	IOS plan PLi об'єktiv-планахромат зі збільшенням S100x та числовою апертурою 1,25	Наявність	
9	Багатошарове антиблікове та антигрибкове покриття оптики	Наявність	
10	Револьвер для об'єktivів	5-позиційний, з нахилом об'єktivів вперед, з шарикопідшипниковим механізмом, з фіксацією позиції об'єktivа способом клік-стоп	
11	Пружинне кріплення фронтальної лінзи у імерсійних об'єktivах	Наявність	
12	Кут обертання тринокулярної насадки навколо вертикальної осі приладу	Не менше 360 градусів	
13	Кут нахилу окулярних трубок	30 градусів	
14	Діапазон регулювання міжзіничної відстані	Не гірше 50 – 75 мм	
15	Діапазон діоптричного регулювання окулярних тубусів	Не гірше ± 5 дптр	
16	Фокусування за допомогою двосторонніх макро- та мікрогвинта з коаксіальним механізмом	Наявність	
17	Градуювання мікрогвинта	Не менше 200 поділок	
18	Ціна поділки мікрогвинта	Не більше 2 мкм	
19	Розмір предметного столика	Не менше 187x230 мм	
20	Діапазон вертикального переміщення предметного столика	Не менше 24 мм	
21	Діапазон регулювання механічного столика по осях X/Y	Не менше 75/50 мм	
22	Обмежувальний фіксатор вертикального руху столика	Наявність	
23	Регулятор плавності ходу макрогвинта	Наявність	
24	Конденсор Аббе з регулюванням по висоті	Наявність	
25	Числова апертура конденсору	Не менше 1,25	
26	Ірисова діафрагма конденсору	Наявність	
27	Тримач фільтрів у конденсорі	Наявність	
28	Можливість встановлення у конденсор елементів для темного поля та фазового	Можливість (опція)	

	контрасту		
29	Регулювання інтенсивності світла	Наявність	
30	Джерело світла	Світлодіодна лампа NeoLED, 3В	
31	Датчик, що забезпечує автоматичне вимкнення світла у випадку припинення роботи з мікроскопом	Наявність	
32	Цифрова камера, що входить до комплексу поставки мікроскопу	Наявність	
33	Сенсор цифрової камери	CMOS 1/2,8 дюйма	
34	Роздільна здатність цифрової камери	Не менше 2560 x 1920 пікселів	
35	Розмір пікселя цифрової камери	Не більше 2 x 2 мкм	
36	Конверсія відтінків сірого	Не менше 10 Біт	

У разі надання еквіваленту, Учасник має надати порівняльну таблицю медико-технічних характеристик з документальним підтвердженням відповідності товару (інструкція або паспорт, тощо).

Посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника може застосуватися Замовником для конкретизації потрібного товару та більш чіткого та зрозумілого пояснення потрібних характеристик для можливих постачальників. У разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз "або еквівалент".

Примітка. У випадку якщо технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

Обґрунтування: у разі наявності посилань, вони є необхідними, оскільки за основними характеристиками оптимально відповідають потребам замовника за своїми технічними та якісними характеристиками, наявними процесами та функціями.

Уповноважена особа



Коберник М.О.