



**МОЗ УКРАЇНИ**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я**  
**ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ**  
**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**«ОВРУЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ»**  
**ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ**  
11101, Україна, Житомирська область, м.Овруч, вул. Шевченка Тараса, 106  
телефон 0637121410, [ovrmisl@gmail.com](mailto:ovrmisl@gmail.com), код 42435766

---

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

*(оприлюднюється на виконання постанови*

*КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів»*  
*(зі змінами)*

1. Найменування: **Комунальне некомерційне підприємство «Овруцька міська лікарня» Овруцької міської ради Житомирської області.**
2. Місцезнаходження: **11101, Житомирська область, Коростенський район, м. Овруч, вул. Шевченка Тараса, 106.**
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: **42435766.**
4. Категорія замовника: **Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.**
5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  
**ДК 021:2015 код 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуга з сервісного технічного обслуговування комп'ютерного томографу типу Aquilion Lightning 32-зрізовий TSX-035A),**  
**Номенклатурна позиція ДК 021:2015 код 50421000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання.**

**Вид: відкриті торги з особливостями.**

**ідентифікатор закупівлі: UA-2026-02-12-004493-a**

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  
111 000.00 грн. з ПДВ.**

**Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

При визначенні очікуваної вартості закупівлі здійснено аналіз ринку, розглянуто загальнодоступну інформацію, яка міститься у відкритих джерелах (на сайтах постачальників, дані в електронній системі закупівель prozorro), а також використано інформацію отриману шляхом проведення усних ринкових консультацій та запитом письмових комерційних пропозицій.

### ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

**ДК 021:2015 код 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуга з сервісного технічного обслуговування комп'ютерного томографу типу Aquilion Lightning 32-зрізовий TSX-035A),**

**Номенклатурна позиція ДК 021:2015 код 50421000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання.**

№ з/п	Найменування послуг	Одиниця виміру	Кількість
1	Послуга з сервісного технічного обслуговування комп'ютерного томографу типу Aquilion Lightning 32-зрізовий	послуга	2

**Технічні вимоги до послуг:**

№ з/п	Назва
1	<p><b>Послуга з сервісного технічного обслуговування комп'ютерного томографу типу Aquilion Lightning 32-зрізовий, згідно регламенту виробника, що включають в себе:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Контроль і чищення органів керування гентрі, системи аварійних датчиків, системи зв'язку з пацієнтом.</li> <li>- Контроль напруг на блоках управління стола пацієнта.</li> <li>- Чищення фільтрів блоку обробки й реконструкції. Контроль працездатності вентиляторів.</li> <li>- Контроль працездатності блоку безперебійного живлення, стабілізатора напруги, трансформатора.</li> <li>- Зчитування файлу помилок з високовольтного генератора, блоку обробки. Аналіз файлів помилок.</li> <li>- Контроль напруги на випромінювачі. Настроювання струму випромінювача.</li> <li>Профілактика високовольтного кабелю.</li> <li>- Калібрування системи по фантомах і повітряю.</li> <li>- Перевірка працездатності системи, якості зображення.</li> <li>- Контроль, регулювання й чищення механічних частин гентрі (механізму нахилу, обертання, системи формування пучка, системи охолодження, перевірка кріплень випромінювача й детектора, працездатність вентиляторів). Чищення фотосенсорів.</li> <li>- Контроль і регулювання напруг живлень гентрі (вхідна напруга в систему, напругу на генераторі, детекторі, блоці передачі даних, системах контролю)</li> <li>- Чищення системи контактної передачі напруги на гентрі, діагностика щіток.</li> <li>- Контроль і регулювання напруг у блоці обробки й реконструкції.</li> <li>- Контроль і чищення механічних і гідравлічних частин стола пацієнта (механізми вертикального переміщення, горизонтального переміщення, системи аварійног переміщення стола пацієнта). Змащення та регулювання системи горизонтальног переміщення. Чищення фотосенсорів.</li> </ul>

**Якісні вимоги до послуг:**

- Сервісне технічне обслуговування, згідно регламенту виробника.
- Встановлення оновлень програмного забезпечення та/або оновлень апаратної частини FMI (FIELD MODIFICATION INSTRUCTION) згідно рекомендацій виробника.
- Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника.
- Віддалена підтримка сервісним інженером у робочий час (за умови підключення до віддаленого доступу).

**Вимоги до учасників:**

- Послуги повинні надаватися персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід обслуговування комп'ютерних томографів (надати у складі тендерної пропозиції **сертифікати спеціалістів (інженерів) про проходження відповідного навчання, видані виробником (Toshiba Medical або Canon Medical).**
- З метою отримання гарантій на своєчасне надання послуг, що є предметом закупівлі, учасник надає у складі тендерної пропозиції гарантійний (авторизаційний) лист (оригінал) виробника або представництва, дистриб'ютора, уповноваженого на це виробником або представництвом виробника на території України, яким підтверджується можливість Учасника надавати послуги, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.
- Учасник повинен мати право на провадження діяльності з використання ДІВ (надати у складі тендерної пропозиції **Ліцензію на право провадження діяльності з використання ДІВ на дане обладнання).**

**Примітка.** У випадку якщо технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

**Обґрунтування:** у разі наявності посилань, вони є необхідними, оскільки за основними характеристиками оптимально відповідають потребам замовника за своїми технічними та якісними характеристиками, наявними процесами та функціями.

Уповноважена особа



Коберник М.О.