



**МОЗ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОВРУЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ»
ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ**
11101, Україна, Житомирська область, м.Овруч, вул. Шевченка Тараса, 106
телефон 0637121410, ovrmisl@gmail.com, код 42435766

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної
вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови

*КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів»
(зі змінами)*

1. Найменування: **Комунальне некомерційне підприємство «Овруцька міська лікарня» Овруцької міської ради Житомирської області.**

2. Місцезнаходження: **11101, Житомирська область, Коростенський район, м. Овруч, вул. Шевченка Тараса, 106.**

3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: **42435766.**

4. Категорія замовника: **Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.**

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

ДК 021:2015 код 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Технічне обслуговування автоматичного клінічного біохімічного аналізатора Accent - MC 240; Технічне обслуговування аналізатора біохімічного Accent – MC 240, Номенклатурна позиція ДК 021:2015 код 50421000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання).

Вид: відкриті торги з особливостями.

ідентифікатор закупівлі: UA-2025-09-22-003513-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
95 700.00 грн. з ПДВ.**

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

При визначенні очікуваної вартості закупівлі здійснено аналіз ринку, розглянуто загальнодоступну інформацію, яка міститься у відкритих джерелах (на сайтах постачальників, дані в електронній системі закупівель prozorro.), а також

використано інформацію отриману шляхом проведення усних ринкових консультацій та запитом письмових комерційних пропозицій.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ДК 021:2015 код 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Технічне обслуговування автоматичного клінічного біохімічного аналізатора Accent - MC 240; Технічне обслуговування аналізатора біохімічного Accent – MC 240, Номенклатурна позиція ДК 021:2015 код 50421000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання).

Послуги з технічного обслуговування повинні забезпечувати:

- гарантований робочий стан обладнання;
- безпеку функціонування обладнання для лікаря (лаборанта) та пацієнта завдяки обслуговуванню фахівцями, що мають відповідні знання, згідно норм та правил підприємства-виробника.

Виконавець повинен надати Замовнику підтвердження можливості надання ним послуг, що є предметом закупівлі, **включно з запасними частинами**. На підтвердження учасник повинен надати оригінал або нотаріально завірєну копію гарантійного листа виробника або офіційного представника (філії, дистриб'ютора, дилера або ін) виробника, повноваження якого поширюються на територію України (з наданням підтверджуючих документів його повноважень), що підтверджує можливість надання учасником послуг з ремонту і технічного обслуговування обладнання, що є предметом закупівлі вищезазначених торгів, у тому числі поставки запасних частин, у кількості та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією учасника.

Надання послуг передбачає приїзд Виконавця на територію Замовника, повинен бути здійснений протягом двох робочих днів з моменту отримання учасником – виконавцем заявки від Замовника.

Послуги повинні надаватися персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід обслуговування автоматичного клінічного біохімічного аналізатора Accent – MC 240, аналізатора біохімічного Accent - MC 240 (надати у складі тендерної пропозиції сертифікати спеціалістів (інженерів) про проходження відповідного навчання.

Гарантійний термін після сервісного обслуговування на надані послуги та встановлені запасні частини з моменту введення в експлуатацію складають 3 (три) місяці (надати гарантійний лист).

Запасні частини, які будуть використанні при проведенні технічного обслуговування, будуть новими, оригінальними та сумісними з даним обладнанням.

Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів для проведення технічного обслуговування.

Роботи щодо технічного огляду та ремонту проводяться на основі вимог і рекомендацій технічної і експлуатаційної документації кожного виду медичної техніки.

Замовник вимагає від Учасників подавати пропозиції на весь комплекс робіт з технічного огляду та ремонту та на весь перелік техніки (обладнання).

Вимоги щодо складових предмету закупівлі (технічна специфікація):

№ з/п	Найменування	Од. виміру	К-ть	Ціна за одиницю, грн з ПДВ	Загальна вартість, грн з ПДВ
-------	--------------	------------	------	----------------------------	------------------------------

1	Технічне обслуговування автоматичного клінічного біохімічного аналізатора Accent - MC 240:	послуга	1		
	– Діагностика аналізатора – Заміна голки (голка 1шт.)				
2	Технічне обслуговування аналізатора біохімічного Accent – MC 240:	послуга	1		
	– Діагностика аналізатора – Заміна голки (голка 1шт.)				
Всього на суму, грн:					

Примітка. У випадку якщо технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

Обґрунтування: у разі наявності посилань, вони є необхідними, оскільки за основними характеристиками оптимально відповідають потребам замовника за своїми технічними та якісними характеристиками, наявними процесами та функціями.

Уповноважена особа



Коберник М.О.