



МОЗ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОВРУЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ»
ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
11104, Україна, Житомирська область, м. Овруч, вул. Тараса Шевченка, 106,
тел./факс (04148) 4-23-40, ovrmlsl@gmail.com код 42435766

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови

*КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів»
(зі змінами)*

1. Найменування: **КНП «Овруцька міська лікарня» Овруцької міської ради Житомирської області.**
2. Місцезнаходження: **11104, Житомирська область, м. Овруч, вул. Т. Шевченка, 106.**
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: **42435766.**
4. Категорія замовника: **Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.**
5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):
ДК 021:2015 код 33120000-7 - Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (або еквівалент до кожного найменування):
 1. Кювети Accent MC240, M320, НК 024:2019 код 61033 Кювета для лабораторного аналізатора ІВД, багаторазового використання, Номенклатурна позиція ДК 021:2015 код 33124130-5 - Діагностичне приладдя;
 2. Кювети Coag D, НК 024:2019 код 61032 Кювета для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового використання, Номенклатурна позиція ДК 021:2015 код 33124130-5 - Діагностичне приладдя;
 3. Галогенна лампа Halogen lamp 20W (Accent-200 II GEN), НК 024:2019 код 62636 Лампа для аналізатора ІВД, Номенклатурна позиція ДК 021:2015 код 33124130-5 - Діагностичне приладдя;
 4. Пробірка з 3.2% натрію цитратом (0,109 моль/л) (Блакитна), НК 024:2019 код 42585 Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з натрію цитратом, ІВД, Номенклатурна позиція ДК 021:2015 код 33124130-5 - Діагностичне приладдя;
 5. Голка Sampling needle (A130/60, A380), НК 024:2019 код 47241 - Мікро-голка, Номенклатурна позиція ДК 021:2015 код 33124130-5 - Діагностичне приладдя.

Вид: відкриті торги з особливостями.
ідентифікатор закупівлі: UA-2023-03-30-008526-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
184 000.00 грн. з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

При визначенні очікуваної вартості закупівлі здійснено аналіз ринку, розглянуто загальнодоступну інформацію, яка міститься у відкритих джерелах (на сайтах постачальників, дані в електронній системі закупівель prozorro), а також використано інформацію отриману шляхом проведення усних ринкових консультацій та запитом письмових комерційних пропозицій.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Технічна специфікація
(медико-технічні вимоги)

№	Назва	Код за НК 024:2019	Медико-технічні вимоги	Од. виміру	К- сть
1.	Кювети Ассент МС240, М320	61033 Кювета для лабораторного аналізатора ІВД, багаторазового використання	Багаторазові кювети для аналізаторів АССЕНТ МС240 та М320. Кількість: 80 шт. (8 сегментів по 10 кювет).	пак	1
2.	Кювети Соаg D	61032 Кювета для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового використання	Фасування: 1000 штук в упаковці. Повинні бути придатними для використання з коагулометрами виробника Diagon (серія Соаg).	пак	19
3.	Галогенна лампа Halogen lamp 20W (Accent-200 II GEN)	62636 Лампа для аналізатора ІВД	Галогенна лампа для Автоматичного біохімічного аналізатора АССЕНТ МС240. 20W	шт	1
4.	Пробірка з 3.2% натрію цитратом (0,109 моль/л) (Блакитна)	42585 Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з натрію цитратом, ІВД	Об'єм: 3,6 мл. Розміри: 13x75 мм. Фасування: 100 шт. в упаковці. Наповнювач: тринатрій цитрат $C_6H_5Na_3O_7$. Повинні бути придатні для центрифугування при 150 g, 1500-2000 g та 2500-3000 g. Температура зберігання: 4-25° С.	пак	60
5.	Голка Sampling needle (AJ30/60, A380)	47241 - Мікро-голка	Голка до Автоматичного гематологічно аналізатора серії Abacus	шт	2

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути сумісним з обладнанням, на якому буде використовуватися **(надати гарантійний лист у складі пропозиції)**.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні **(надати гарантійний лист у складі пропозиції)**.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару та, для запобігання придбання фальсифікату або неякісного товару, надати у складі пропозиції оригінал або нотаріально засвідчену копію гарантійного листа виробника (дистриб'ютора, представництва, філії – якщо їх повноваження поширюються на територію України, таке представництво повинно підтверджуватись копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо від виробника), в якому зазначено про можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів (вказати номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель), у кількості та в терміни, визначені документацією та пропозицією Учасника.

Примітка. У випадку якщо технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

Обґрунтування: у разі наявності посилань, вони є необхідними, оскільки за основними характеристиками оптимально відповідають потребам замовника за своїми технічними та якісними характеристиками, наявними процесами та функціями.

Уповноважена особа



Коберник М.О.